

Міністэрства аховы здароўя  
Рэспублікі Беларусь

ГАНДЛЁВА-ВЫТВОРЧАЕ  
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ ЎНІТАРНАЕ  
ПРАДПРЫЕМСТВА  
«МІНСКАЯ ФАРМАЦЫЯ»

**АПТЭЧНЫ СКЛАД**  
ул. Савецкая, 128, 223034, г.Заслаўе  
тэл. +375 17 517 31 82; факс +375 17 517 31 83  
сайт: [www.minfarm.by](http://www.minfarm.by)  
E-mail – [sklad@minfarm.by](mailto:sklad@minfarm.by)  
УНП 600013211

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь

ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ  
«МИНСКАЯ ФАРМАЦИЯ»

**АПТЕЧНЫЙ СКЛАД**  
ул. Советская, 128, 223034, г.Заславль  
тел. +375 17 517 31 82; факс +375 17 517 31 83  
сайт: [www.minfarm.by](http://www.minfarm.by)  
E-mail – [sklad@minfarm.by](mailto:sklad@minfarm.by)  
УНП 600013211

12.02.2025 № 1310/122  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Всем заинтересованным лицам

Аптечный склад РУП «Минская Фармация» просит предоставить счет-фактуру или коммерческое предложение на закупку электронных приборов для измерения температуры и относительной влажности воздуха внутри помещения в количестве 30 штук со следующими характеристиками:

1. Диапазон измерения: от  $-10$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ .
2. Абсолютная погрешность измерения температуры:  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ .
3. Диапазон измерения относительной влажности воздуха: от 10% до 95%.
4. Абсолютная погрешность измерения относительной влажности:  $\pm 3,0\%$ .
5. Период обновления данных: 3 с.

Данные приборы должны быть включены в Государственный реестр средств измерения Республики Беларусь, поставляться поверенными, дата производства должна попадать в период действия сертификата об утверждении типа средств измерений или его дубликата.


Контактное лицо: специалист по организации закупок

Юлия Владимировна

Тел/факс 517-32-07

E-mail – [zakupka@minfarm.by](mailto:zakupka@minfarm.by)

Заведующий складом



А.В. Шнек

Алексеева 517 32 07

